



MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

DECIZIE

Nr. 03D-805-19 Data: 31.12.19

privind soluționarea contestației formulată de către „Endo-Chirurgie” SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/961/19 la data de 10.12.2019, pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1570456194096 din 07.11.2019

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr. 02/961/19 din 10.12.2019, depusă de către „Endo-Chirurgie” SRL, cu sediul
număr de identificare (IDNO): 1009600033242,
tel.: e-mail.: info@akson.md, pe marginea rezultatului
desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1570456194096 din 07.11.2019,
privind achiziționarea „instrumentariu chirurgical pentru an. 2019”, inițiată de către
IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” (în continuare – IMSP SCM „Sfânta
Treime”), cu sediul în mun. Chișinău, str. Alecu Russo 11, număr de identificare
(IDNO): 1003600152592, tel.: 022441185/060740772, e-mail.:
achizitii.sf.treime@gmail.com.

În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 24.12.2019, ora 10:00, ședință deschisă la care au participat reprezentanții contestatorului, ai autorității contractante și ai operatorilor economici desemnați câștigători.

Pretențiile contestatorului:

În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1570456194096 din 07.11.2019, „Endo-Chirurgie” SRL comunică faptul că la data de 05.12.2019 a recepționat prin e-mail scrisoarea nr. 01-13/1137 din 04.12.2019, prin care a fost informat despre decizia grupului de lucru, potrivit căreia oferta sa a fost declarată câștigătoare doar pentru anumite loturi. Acesta susține că, urmare a analizei informației pe platforma electronică de achiziție: achizitii.md, a constatat faptul că, la alte loturi la care „Endo-Chirurgie” SRL la fel a participat, au fost desemnate câștigătoare unele oferte necorespunzătoare cerințelor din documentația de atribuire, după cum urmează:

Specificația tehnică deplină solicitată de IMSP SCM „Sfânta Treime”	Specificația tehnică deplină propusă de „Medlux Group” SRL, Producător: RZ, Germania	Specificația tehnică deplină propusă de „Endo-Chirurgie” SRL, Producător: Richard Wolf, Germania
<p>Lot nr. 3: Pensă de tip „Aligator” pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 355 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 8962.6022), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL</p>		
<p>Pensă de tip „Aligator” pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 355 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 8962.6022)</p>	<p>Pensă de tip „Aligator” dublă acțiune 360 mm lungime de lucru, Teacă de 3 mm cu conexiune LL pentru nefroscop compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf, modelul articolului 253-900-212. *Modelul 8962.6022, este un instrument rotabil 360°, modelul propus 253-900-212, nu este rotabil</p>	<p>Pensă de tip „Aligator” pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 355 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf, modelul articolului 8962.6022</p>
<p>Lot nr. 4: Pensă de tip „Aligator” pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 350 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 8962.6102), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL</p>		
<p>Pensă de tip „Aligator” pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 350 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 8962.6102)</p>	<p>Pensă de tip „Aligator” – tip Peanut dublă acțiune 360 mm lungime de lucru, Teacă de 3 mm cu conexiune LL, pentru apucarea pietrelor mici pentru nefroscop, compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf, modelul articolului 253-900-210. *Modelul 8962.6102, este un instrument rotabil 360°, modelul propus 253-900-210, nu este rotabil</p>	<p>Pensă de tip „Aligator” pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 350 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf, modelul articolului 8962.6102</p>
<p>Lot nr. 5: Pensă pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 350 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 8962.601), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL</p>		
<p>Pensă pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 350 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 8962.601)</p>	<p>Pensă pentru nefroscop pentru pietre mai mari cu mâner de arc (diametru 4 mm, lungimea 360 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 8962.601), modelul articolului 253-900-306. *Modelul 8962.601, este un instrument rotabil 360°,</p>	<p>Pensă pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 350 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf, modelul articolului 8964.601</p>

	modelul propus 253-900-306, nu este rotabil	
Lot nr. 6: Pensă de tip „Aligator” pentru ureteroscop (diametru 1,67 mm, lungimea 550 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8962.6802), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Pensă de tip „Aligator” pentru ureteroscop (diametru 1,67 mm , lungimea 550 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 8962.6802)	Pensă de tip „Aligator” pentru ureteroscop compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 8962.6802), modelul articolului 253-950-005. *Modelul propus are lungimea instrumentului de 600 mm, ceea ce nu corespunde cerințelor tehnice	Pensă de tip „Aligator” pentru ureteroscop (diametru 1,67 mm , lungimea 550 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf, modelul articolului 8954.6802
Lot nr. 7: Pensă de tip „Aligator” pentru ureteroscop (diametru 1,34 mm, lungimea 550 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8962.6112), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Pensă de tip „Aligator” pentru ureteroscop (diametru 1,34 mm , lungimea 550 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 8962.6112)	Pensă de tip „Aligator” pentru ureteroscop compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 8962.6112), modelul articolului 253-950-004. *Modelul propus are lungimea instrumentului de 600 mm, ceea ce nu corespunde cerințelor tehnice	Pensă de tip „Aligator” pentru ureteroscop (diametru 1,34 mm , lungimea 550 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf, modelul articolului 8952.6112
Lot nr. 8: Koher, cu dinți (lungimea vârfului 5 mm / 17 mm, lungimea instrumentului 310 mm / 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.485 / 1269906), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Koher, cu dinți (lungimea vârfului 5 mm / 17 mm , lungimea instrumentului 310 mm / 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.485/1269906)	Koher, cu dinți (lungimea vârfului 5 mm / 17 mm , lungimea instrumentului 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.485/1269906), modelul articolului 300-400-004, 300-660-005, 300-750-103	Koher, cu dinți (lungimea vârfului 5 mm / 17 mm , lungimea instrumentului 310 mm / 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf, modelul articolului 8393.485
Lot nr. 9: Foarfece curb (lungimea vârfului 5 mm / 23 mm, lungimea instrumentului 310 mm / 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.041/1257814), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Foarfece curb (lungimea vârfului 5 mm / 23 mm , lungimea instrumentului 310	Foarfece curb (lungimea vârfului 18 mm , lungimea instrumentului 330 mm),	Foarfece curb (lungimea vârfului 5 mm / 23 mm , lungimea instrumentului 310

mm / 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.041/1257814)	compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.041/1257814), modelul articolului 300-400-070, 300-660-005, 300-750-101. *Modelul 893.041, este un instrument cu vârful curbat stânga, modelul propus: 300-400-070, 300-660-005, 300-750-101, nu este cu vârful curbat stânga	mm / 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.041/1257814), modelul articolului 8393.041
Lot nr. 10: Pensă în formă de piramidă (lungimea vârfului 5 mm / 26 mm, lungimea instrumentului 310 mm / 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.482/1268013), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Pensă în formă de piramidă (lungimea vârfului 5 mm / 26 mm , lungimea instrumentului 310 mm / 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.482/1268013)	Pensă în formă de piramidă (lungimea vârfului 5 mm / 26 mm , lungimea instrumentului 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.482/1268013), modelul articolului 300-400-252, 300-660-005, 300-750-103. *Modelul 8393.482, este un instrument cu vârful în formă de piramidă. Modelul propus 300-400-252, 300-660-005, 300-750-103, este de tip Babcock	Pensă în formă de piramidă (lungimea vârfului 5 mm / 26 mm , lungimea instrumentului 310 mm / 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf, modelul articolului 8393.482
Lot nr. 11: Knot pusher (nod împingător, diametru 5 mm, lungimea 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.551/1264972), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Knot pusher (nod împingător, diametru 5 mm , lungimea 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.551/1264972)	Knot pusher (nod împingător, diametru 4 mm , lungimea 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.551/1264972), modelul articolului 300-030-001	Knot pusher (nod împingător, diametru 5 mm , lungimea 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf, modelul articolului 8383.551
Lot nr. 12: Pensă cu cârlig/bețișor (diametru 5 mm, lungimea 340 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.426), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Pensă cu cârlig/bețișor (diametru 5 mm , lungimea 340 mm), compatibil cu Stația	Pensă cu cârlig/bețișor (diametru 5 mm , lungimea 340 mm), compatibil cu Stația	Pensă cu cârlig/bețișor (diametru 5 mm , lungimea 340 mm), compatibil cu Stația

Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.426)	Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.426 – care este cu vârful tip ac). *Modelul articolului 300-144-005, nu este cu vârful de tip ac	Laparoscopica Richard Wolf, modelul articolului 8383.426
Lot nr. 13: Cârlig cu coagulator (diametru 5 mm, lungimea 340 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.423/1265001, câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Cârlig cu coagulator (diametru 5 mm , lungimea 340 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.423/1265001	Cârlig cu coagulator (diametru 5 mm , lungimea 340 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.423), modelul articolului 300-144-005	cârlig cu coagulator (diametru 5 mm , lungimea 340 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf, modelul articolului 8383.423
Lot nr. 15: Set Trocar (diametru de 20 mm, lungimea 100 mm) și stilet (diametru 20 mm, lungimea 100 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8923.013/8923.103), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Set Trocar (diametru de 20 mm , lungimea 100 mm) și stilet (diametru 20 mm , lungimea 100 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8923.013/8923.103)	Set Trocar (diametru de 20 mm , lungimea 118,7 mm) și stilet (diametru 20 mm , lungimea 118,7 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8923.013/8923.103), modelul articolului 300-241-020, 300-020-020	Set Trocar (diametru de 20 mm , lungimea 100 mm) și stilet (diametru 20 mm , lungimea 100 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf, modelul articolului 8923.013/8923.103
Lot nr. 16: Set Trocar (diametru de 5 mm, lungimea 100 mm) și stilet (diametru 5 mm, lungimea 100 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8921.013/8921.103), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Set Trocar (diametru de 5 mm , lungimea 100 mm) și stilet (diametru 5 mm , lungimea 100 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8921.013/8921.103)	Set Trocar (diametru de 5,5 mm , lungimea 100 mm) și stilet (diametru 5,5 mm , lungimea 100 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8921.013/8921.103), modelul articolului 300-241-055, 300-220-055	Set Trocar (diametru de 5 mm , lungimea 100 mm) și stilet (diametru 5 mm , lungimea 100 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf, modelul articolului 8921.013/8921.103
Lot nr. 17: Pensă disector laparoscopic (lungimea părții de lucru 18 mm, lungimea totală 450 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83941927), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Pensă disector laparoscopic (lungimea părții de lucru 18 mm , lungimea totală 450	Pensă disector laparoscopic compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf	Pensă disector laparoscopic (lungimea părții de lucru 18 mm , lungimea totală 450

mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83941927)	(analogicul la 83941927), modelul articolului 300-400-738, 300-660-005, 300-750-101. *Modelul propus mai sus nu corespunde cerințelor tehnice, lungimea modelului propus este doar de 330 mm	mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf, modelul articolului 83941927
Lot nr. 18: Pensă disector celioscopic (lungimea părții de lucru 19 mm, lungimea totală 450 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83942007), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Pensă disector celioscopic (lungimea părții de lucru 19 mm , lungimea totală 450 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83942007)	Pensă disector celioscopic compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83942007), modelul articolului 300-400-731, 300-660-005, 300-750-101. *Este de menționat faptul că ofertantul nu face o descriere detaliată din punct de vedere tehnic al lotului, cu toate acestea afirmă că lotul este compatibil și corespunde cerințelor solicitate de autoritatea contractantă	Pensă disector celioscopic (lungimea părții de lucru 19 mm , lungimea totală 450 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf, modelul articolului 83942007
Lot nr. 19: Fibra optică de 50 (diametru 5 mm, lungimea 2,3 m), compatibil cu Sursa de lumina Endolight Richard Wolf (analogicul la 806650231), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Fibra optică de 50 (diametru 5 mm , lungimea 2,3 m), compatibil cu Sursa de lumină Endolight Richard Wolf (analogicul la 806650231)	Fibra optică de 50 (diametru 4,8 cu adaptor la telescop Wolf și la sursa de lumină, lungimea 2,3 m), compatibil cu Sursa de lumină Endolight Richard Wolf (analogicul la 806650231), modelul articolului 250-048-230, 250-040-000, 250-037-000	Fibra optică de 50 (diametru 5 mm , lungimea 2,3 m), compatibil cu Sursa de lumină Endolight Richard Wolf, modelul articolului 806650231
Lot nr. 20: Pensă moale (lungimea părții de lucru 19 mm, lungimea totală 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83941817), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Pensă moale (lungimea părții de lucru 19 mm , lungimea totală 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83941817)	Pensă moale (lungimea părții de lucru 19 mm , lungimea totală 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la	Pensă moale (lungimea părții de lucru 19 mm , lungimea totală 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard

	83941817), modelul articolului 300-400-052, 300-660-005, 300-750-105	Wolf, modelul articolului 83941817
Lot nr. 21: Pensă moale (lungimea părții de lucru 21 mm, lungimea totală 450 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83931857), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL		
Pensă moale (lungimea părții de lucru 21 mm , lungimea totală 450 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83931857)	Pensă moale (lungimea părții de lucru 20 mm , lungimea totală 450 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83931857), modelul articolului 300-401-289, 300-760-005, 300-750-103	Pensă moale (lungimea părții de lucru 21 mm , lungimea totală 450 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf, modelul articolului 83931857
Specificația tehnică deplină solicitată de IMSP SCM „Sfânta Treime”	Specificația tehnică deplină propusă de „Labromed Laborator” SRL, Producătorul: Reger Medizintechnik, Germania	Specificația tehnică deplină propusă de „Endo-Chirurgie” SRL, Producător: Richard Wolf, Germania
Lot nr. 25: Cablu monopolar pentru conectare 3 m, compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 815.033), câștigător a fost desemnat – „Labromed Laborator” SRL		
Cablu monopolar pentru conectare, 3 m , compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 815.033)	Durabil, extrem de flexibil și de înaltă calitate monopolar rezectoscop 2 mm – ValleylabL – 3 m Autoclav 134C, modelul articolului 92013	Cablu monopolar pentru conectare, 3 m , compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf, modelul articolului 815.033
Lot nr. 27: Fir de coagulare (lungimea 3 m), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8108.032), câștigător a fost desemnat – „Labromed Laborator” SRL		
Fir de coagulare (lungimea 3 m), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8108.032)	De încredere și rezistență. Fisură bipolară pentru mufe WOLF – Erbe VIO / ICC / ACC; Storz, L – 3 m Autoclav 134C, modelul articolului 92086	Fir de coagulare (lungimea 3 m), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf modelul articolului 8108.033
Lot nr. 44: Fir pentru coagulare (lungimea 5 m), compatibil cu electrocoagulatorul Bowa ARC 303 (analogicul la 8108.152), câștigător a fost desemnat – „Labromed Laborator” SRL		
Fir pentru coagulare (lungimea 5 m), compatibil cu electrocoagulatorul Bowa ARC 303 (analogicul la 8108.152)	Durabil, extrem de flexibil și de înaltă calitate. Ștecher plat, pătrat – Erbe VIO / ICC / ACC; StorzL – 5 m . Autoclav 134C, modelul articolului 92016	Fir pentru coagulare (lungimea 5 m), compatibil cu electrocoagulatorul Bowa ARC 303, modelul articolului 8108.153

Lot nr. 45: Pensetă bipolară I (diametru 1 mm, lungimea 190 mm), compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 82930.0819), câștigător a fost desemnat – „Labromed Laborator” SRL		
Pensetă bipolară I (diametru 1 mm, lungimea 190 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 82930.0819)	Se aplică generatoarelor HF și RF. Izolare valoroasă. Ștecher plat/ghidaj european lățimea vârfului – 1 mm , L1 – 195 mm , L2 – 8 mm , modelul articolului 95001	Pensetă bipolară (diametru 1 mm , lungimea 190 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf, modelul articolului 82930.0819

Operatorul economic contestator relatează că, prin anunțul de participare autoritatea contractantă a stabilit un criteriu de obligativitate față de oferta de preț și oferta tehnică ce urmau a fi prezentate de către toți ofertanții, și anume, acestea obligatoriu urmau a fi semnate și ștampilate de către toți ofertanții.

Astfel, studiind ofertele de preț și ofertele tehnice prezentate de către „Medlux Group” SRL și „Labromed Laborator” SRL (Formularul F4.1 și Formularul F4.2), „Endo-Chirurgie” SRL consideră că acestea nu întrunesc cerințele înaintate de către autoritatea contractantă, față de acest tip de acte, deoarece nu sunt semnate și ștampilate de către persoanele cărora le revine acest drept sau obligație, fapt ce servește temei de neacceptare/respingere a ofertei neconforme.

Prin urmare, contestatorul a constatat că, grupul de lucru a desemnat câștigători pentru: lot nr. 3; lot nr. 4; lot nr. 5; lot nr. 6; lot nr. 7; lot nr. 8; lot nr. 9; lot nr. 10; lot nr. 11; lot nr. 12; lot nr. 13; lot nr. 15; lot nr. 16; lot nr. 17; lot nr. 18; lot nr. 19; lot nr. 20; lot nr. 21; lot nr. 25; lot nr. 27; lot nr. 44; lot nr. 45 – operatori economici care au prezentat oferte neconforme și, care necesită a fi respinse și efectuată o reevaluare a ofertelor corespunzătoare.

În drept, operatorul economic contestator are în vedere că potrivit art. 65 din Legea nr. 131/15, grupul de lucru este obligat să evalueze și să compare ofertele folosind modul și criteriile expuse în documentația de atribuire și nu va folosi nici un alt criteriu neprevăzut. Criteriul de evaluare a ofertelor stabilit în documentația de atribuire la licitația deschisă din speță este: prețul cel mai scăzut. Astfel, acesta informează că potrivit art. 65 alin. (6), lit. b) din Legea nr. 131/15, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Totodată, contestatorul susține că potrivit prevederilor art. 61 alin. (6) din legea prenotată, oferta, scrisă și semnată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire utilizând SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 32 alin. (7) și (11). Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace

electronice. Astfel, contestatorul conchide că grupul de lucru era obligat să respingă ofertele necorespunzătoare.

În concluzie, „Endo-Chirurgie” SRL menționează faptul că grupul de lucru eronat a interpretat prevederile legislației în vigoare, care a dus la desemnarea ofertelor necorespunzătoare drept câștigătoare.

Reieșind din cele expuse, contestatorul solicită:

- admiterea contestației;
- anularea deciziei de desemnare a câștigătorilor pentru: lot nr. 3; lot nr. 4; lot nr. 5; lot nr. 6; lot nr. 7; lot nr. 8; lot nr. 9; lot nr. 10; lot nr. 11; lot nr. 12; lot nr. 13; lot nr. 15; lot nr. 16; lot nr. 17; lot nr. 18; lot nr. 19; lot nr. 20; lot nr. 21; lot nr. 25; lot nr. 27; lot nr. 44; lot nr. 45;
- evaluarea ofertelor pentru loturile menționate, aplicând criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire cu luarea în calcul a motivelor de fapt și de drept expuse în prezenta contestație.

Argumentele autorității contractante:

IMSP SCM „Sfânta Treime”, prin punctul său de vedere, expus în scrisoarea nr. 01-13/1188 din 16.12.2019, informează că la 07.10.2019, pe portalul guvernamental „MTender”, a fost lansată licitația deschisă nr. MD-1570456194096 din 07.11.2019 privind achiziționarea „instrumentariu chirurgical”, cu valoarea estimată a loturilor în sumă de 850800 lei, criteriul de evaluare – prețul cel mai scăzut. Aceasta comunică că în ziua deschiderii ofertelor, conform informației din SIA „RSAP” (MTender), la licitația deschisă nominalizată au participat 4 operatori economici:

- Medlux Group SRL;
- Labromed Laborator SRL;
- Denolga Medical SRL;
- Endo-Chirurgie SRL.

Autoritatea contractantă menționează că în urma evaluării ofertelor, în baza deciziei grupului de lucru au fost desemnați câștigători operatorii economici nominalizați, după cum urmează:

1. Loturile nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 15, nr. 16, nr. 17, nr. 18, nr. 19, nr. 20, nr. 21 – „Medlux Group” SRL;
2. Loturile nr. 25, nr. 27, nr. 44, nr. 45 – „Labromed Laborator” SRL;
3. Loturile nr. 51, nr. 52, nr. 53, nr. 54, nr. 55, nr. 56 – „Denolga Medical” SRL;
4. Loturile nr. 14, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 26, nr. 28, nr. 29, nr. 30, nr. 31, nr. 32, nr. 33, nr. 34, nr. 35, nr. 36, nr. 37, nr. 38, nr. 39, nr. 40, nr. 41, nr. 42, nr. 43, nr. 46, nr. 47, nr. 48 – „Endo Chirurgie” SRL.

Cât privește pretențiile expuse de contestator cu privire la loturile contestate, se menționează următoarele:

1) pentru lotul nr. 3: Pensă de tip „Aligator” pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 355 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8962.6022); lotul nr. 4: Pensă de tip „Aligator” pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 350 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8962.6102); lotul nr. 5: Pensă pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 350 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8962.601) – IMSP SCM „Sfânta Treime” susține că bunurile menționate nu a fost solicitat ca acestea să fie tip rotabile, deci nici nu poate fi temei de respingere. Sunt solicitați doar parametri tehnici pentru dimensiuni (diametrul și lungime) ale instrumentelor, deci bunurile oferite corespund complet cerințelor caietului de sarcini;

2) autoritatea contractantă comunică că în caietul de sarcini a solicitat analogicul unui instrument, respectiv aceasta menționează că o piesa analogică este asemănătoare piesei originale însă la care sunt admise unele abateri, deci nu este solicitat un instrument cu parametri ficși, ci analogici, ceea ce în viziunea autorității contractante, de asemenea, se consideră acceptabil, după cum urmează:

- lotul nr. 6: Pensă de tip „Aligator” pentru ureteroscop (diametru 1,67 mm, lungimea 550 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8962.6802);

- lotul nr. 7: Pensă de tip „Aligator” pentru ureteroscop (diametru 1,34 mm, lungimea 550 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8962.6112);

- lotul nr. 9: Foarfece curb (lungimea vârfului 5 mm / 23 mm, lungimea instrumentului 310 mm / 330mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.041 / 1257814);

- lotul nr. 10: Pensă în formă de piramidă (lungimea vârfului 5 mm / 26 mm, lungimea instrumentului 310 mm / 330mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.482 / 1268013);

- lotul nr. 11: Knot pusher (nod împingător, diametru 5 mm, lungimea 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.551 / 1264972);

- lotul nr. 12: Pensă cu cârlig / bețișor (diametru 5 mm, lungimea 340 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.426). De asemenea, cu privire la lotul prenotat, aceasta a mai adăugat că potrivit cerințelor caietului de sarcini nu este solicitat ca instrumentul să dețină vârf de tip ac și deci acesta nu poate fi motiv pentru descalificare;

- lotul nr. 15: Set Trocar (diametru de 20 mm, lungimea 100 mm) și stilet (diametru 20 mm, lungimea 100 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8923,013 / 8923.103);

- lotul nr. 16: Set Trocar (diametru de 5 mm, lungimea 100 mm) și stilet (diametru 5 mm, lungimea 100 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard

Wolf (analogicul la 8921.013 / 8921.103);

- lotul nr. 17: Pensă disector laparoscopic (lungimea părții de lucru 18 mm, lungimea totală 450 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83941927);

- lotul nr. 18: Pensă disector celioscopic (lungimea părții de lucru 19 mm, lungimea totală 450 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83942007);

- lotul nr. 19: Fibra optică de 50 (diametru 5 mm, lungimea 2,3 m), compatibil cu Sursa de lumină Endolight Richard Wolf (analogicul la 806650231);

- lotul nr. 20: Pensă moale (lungimea părții de lucru 19 mm, lungimea totală 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83941817);

- lotul nr. 21: Pensă moale (lungimea părții de lucru 21 mm, lungimea totală 450 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83931857);

- lotul nr. 45: Pensetă bipolară I (diametrul 1 mm, lungimea 190 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 82930.0819).

3) autoritatea contractantă notează că nu sunt prezentate nici un motiv de dezacord din partea operatorului economic „Endo-Chirurgie” SRL, respectiv aceasta susține că bunurile propuse corespund pe deplin cerințelor caietului de sarcini, fără abateri, după cum urmează:

- lotul nr. 8: Koher, cu dinți (lungimea vârfului 5 mm / 17 mm, lungimea instrumentului 310 mm / 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.485 / 1269906);

- lotul nr. 13: Cârlig cu coagulator (diametru 5 mm, lungimea 340 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383,423 / 1265001);

- lotul nr. 25: Cablu monopolar pentru conectare, 3 m, compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 815.033);

- lotul nr. 27: Fir de coagulare (lungimea 3 m), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8108.032);

- lotul nr. 44: Fir pentru coagulare (lungimea 5 m), compatibil cu electrocoagulatorul Bowa ARC 303 (analogicul la 8108.152).

Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/15, orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.

Analizând pretențiile formulate de către contestator, Agenția constată că „Endo-Chirurgie” SRL își manifestă dezacordul față de decizia autorității contractante de a desemna în calitate de câștigători pe operatorii economici „Medlux Group” SRL și „Labromed Laborator” SRL, întrucât formularul F4.1 „Specificații tehnice” și formularul F4.2 „Specificații de preț” prezentate de către aceștia nu sunt semnate și ștampilate de către persoanele cărora le revine acest drept sau obligație. De asemenea, contestatorul critică faptul că „Medlux Group” SRL, desemnat câștigător pentru loturile nr. 3; nr. 4; nr. 5; nr. 6; nr. 7; nr. 9; nr. 10; nr. 11; nr. 12; nr. 15; nr. 16; nr. 17; nr. 18; nr. 19; nr. 21; respectiv și „Labromed Laborator” SRL, desemnat câștigător pentru lotul nr. 45 – au propus bunuri care nu corespund cerințelor tehnice solicitate de către autoritatea contractantă.

Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția reține că IMSP SCM „Sfânta Treime” a publicat în Buletinul achizițiilor publice, pe portalul guvernamental de acces online www.mtender.gov.md, la data de 07.10.2019, un anunț de participare la procedura de achiziție publică nr. MD-1570456194096 din 07.11.2019, privind achiziționarea „instrumentariu chirurgical pentru an. 2019”.

Astfel, ce ține de criticele contestatorului cu privire la faptul că, atât „Medlux Group” SRL, cât și „Labromed Laborator” SRL nu a semnat cu semnătură olografă formularele F4.1 și F4.2, respectiv nu au fost ștampilate, Agenția va avea în vedere prevederile art. 65 alin. (5) din Legea nr. 131/15, potrivit căruia oferta, scrisă și semnată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire utilizând SIA „RSAP”. De asemenea, conform IPO 26.1 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 173 din 05.10.2018, la caz documentația de atribuire, oferta, scrisă și semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, utilizând SIA „RSAP” cu excepția cazurilor prevăzute la art. 32 alin. (7) și (11) din Legea nr. 131/15.

Concomitent, Agenția va lua în considerare și prevederile art. 33 alin. (14) lit. i) din Legea nr. 131/15, care reglementează obligativitatea garantării ca instrumentele și dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice să asigure depunerea ofertelor electronice prin aplicarea semnăturii electronice, iar în acest sens este de menționat că SIA „RSAP” asigură posibilitatea semnării electronice a ofertelor.

Totodată, în conformitate cu pct. 105 din Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 986 din 10.10.2018, depunerea ofertei finale este precedată în mod obligatoriu de semnarea electronică și criptarea acesteia, iar potrivit pct. 121 din același regulament toate documentele ofertelor încărcate, precum și contractele

rezultate în urma procedurii de achiziție urmează a fi semnate digital, utilizând semnătura electronică avansată calificată.

Prin urmare, având în vedere faptul că procedura de achiziție publică din speță s-a inițiat prin intermediul SIA „RSAP”, semnarea electronică a ofertelor reprezintă mecanismul prin care este garantată respectarea condiției de validitate a documentelor depuse de ofertanți.

Astfel, verificând pe pagina web guvernamentală: www.msign.gov.md, formularele depuse de către „Medlux Group” SRL și „Labromed Laborator” SRL prin intermediul SIA „RSAP” și menționate de către „Endo-Chirurgie” SRL în contestație, se constată faptul că acestea sunt semnate electronic.

În acest context, relevante sunt prevederile art. 2 din Legea nr. 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, potrivit căruia: „document electronic reprezintă o informație în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată și/sau transmisă prin intermediul computerului sau al altor dispozitive electronice, semnată cu semnătură electronică în conformitate cu legea nominalizată, iar prin semnătură electronică se înțelege date în formă electronică, care sunt atașate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care sunt utilizate ca metodă de autentificare”, iar prin semnatar se înțelege persoana care deține un dispozitiv de creare a semnăturii electronice și care acționează fie în nume propriu, fie în numele persoanei fizice, al persoanei juridice sau al entității pe care o reprezintă. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din legea prenotată, documentul electronic semnat cu semnătură electronică avansată calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă.

Astfel, în aprecierea Agenției, semnătura electronică avansată calificată aplicată pe un document electronic are aceeași valoare juridică cu semnătura olografă aplicată pe un document pe suport de hârtie, fapt reglementat expres de art. 5 alin. (2) din legea menționată, fiind utilizată ca mijloc de autentificare în SIA „RSAP” și de semnare a documentelor aferente procedurilor de achiziții publice desfășurate prin intermediul sistemului, respectiv, pretențiile contestatorului pe acest aspect sunt apreciate ca fiind neîntemeiate și pe cale de consecință se resping pretențiile pentru loturile nr. 8; nr. 13; nr. 20 – câștigător „Medlux Group” SRL, și loturile nr. 25; nr. 27; nr. 44 – câștigător „Labromed Laborator” SRL. În acest context, nu pot fi reținute nici pretențiile contestatorului cu privire la aplicarea ștampilei, or, potrivit art. 3 alin. (5) din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderile și întreprinzătorii nu sunt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislația prevede necesitatea aplicării ștampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerința se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător. Astfel, Legea nr. 845/1992 înlătură, prin norme permise,

obligatia întreprinzătorilor de a deține și aplica ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură, în măsura în care documentele ofertei au fost semnate electronic cu semnătură avansată de către persoana împuternicită.

Cât privește pretențiile contestatorului cu privire la desemnarea în calitate de câștigător pe operatorul economic „Medlux Group” SRL pentru loturile nr. 3; nr. 4; nr. 5; nr. 6; nr. 7; nr. 9; nr. 10; nr. 11; nr. 15; nr. 16; nr. 17; nr. 19; nr. 21; respectiv și „Labromed Laborator” SRL, desemnat câștigător pentru lotul nr. 45 – ale căror bunuri oferite nu ar îndeplini cerințele tehnice solicitate în documentația de atribuire, Agenția constată că autoritatea contractantă în anunțul de participare a făcut descrierea bunurilor ce urmează a fi achiziționate aferent loturilor contestate indicând parametri tehnici cu dimensiuni exacte și, în același timp, aceasta a indicat ca bunurile să fie analogice cu un model anumit.

Astfel, la soluționarea contestației, Agenția va avea în vedere prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 131/15, potrivit căruia specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, **astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite**, cât și dispozițiile pct. 20 subpct. 1) și 5) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016, conform cărora grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică.

Concomitent, Agenția reține că conținutul documentației de atribuire, așa cum aceasta este întocmită de autoritatea contractantă, este obligatoriu, atât pentru operatorii economici participanți la procedură, care potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/15 au obligația de a-și elabora ofertele în conformitate cu prevederile acesteia, cât și pentru autoritatea contractantă, aceasta fiind ținută ca în desfășurarea procedurii de achiziție publică să respecte prevederile propriei documentații de atribuire, care stabilește regulile ce trebuie respectate de ambele părți în derularea procesului competitiv.

În acest sens, urmare a examinării ofertelor operatorilor economici desemnați câștigători: 1) „Medlux Group” SRL pentru loturile nr. 3; nr. 4; nr. 5; nr. 6; nr. 7; nr. 9; nr. 10; nr. 11; nr. 15; nr. 16; nr. 17; nr. 19; nr. 21; și 2) „Labromed Laborator” SRL pentru lotul nr. 45, Agenția constată că primul a oferit bunuri care nu respectă în totalitate parametri tehnici stabiliți exacti în documentația de atribuire (dimensiunile exacte în mm indicate de către autoritatea contractantă). La acest aspect, Agenția apreciază că odată ce autoritatea contractantă a prevăzut în anunțul de participare pentru bunurile ce urmează a fi achiziționate, atât parametri tehnici exacti, cât și faptul că acestea să fie analogice unor tipuri de modele concrete, operatorii economici sunt obligați să respecte întocmai aceste cerințe, or, prin depunerea ofertelor, aceștia

și-au însușit conținutul întregii documentații de atribuire, deci implicit și cerințele expres detaliate în aceasta, iar prin necontestarea cu succes, în termenul legal, a documentației de atribuire, aceasta și-a consolidat forța obligatorie, atât față de operatorii economici interesați în elaborarea ofertelor, cât și față de autoritatea contractantă în evaluarea lor, ceea ce la caz nu s-a întâmplat, în măsura în care, bunurile oferite de către „Medlux Group” SRL pentru loturile nr. 3; nr. 4; nr. 5; nr. 6; nr. 7; nr. 9; nr. 10; nr. 11; nr. 15; nr. 16; nr. 17; nr. 19; nr. 21; respectiv și „Labromed Laborator” SRL pentru lotul nr. 45 – nu corespund cerințelor documentației de atribuire și, pe cale de consecință, pretențiile contestatorului la acest aspect sunt întemeiate. Prin urmare, Agenția constată că decizia grupului de lucru privind desemnarea ofertei câștigătoare „Medlux Group” SRL și „Labromed Laborator” SRL pentru loturile prenotate contravine art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/15, care prevede expres că autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Cât privește pretențiile contestatorului cu privire la lotul nr. 18, Agenția constată că ofertantul „Medlux Group” SRL a indicat în F4.1 coloana „Modelul articolului” următoarele: 300-400-731; 300-660-005; 300-750-101, iar în coloana „Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant” a indicat: „Pensă disector celioscopic compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83942007)”. În astfel de condiții, urmare a analizei broșurii anexate pentru articolele indicate de către ofertantul desemnat câștigător în F4.1, se atestă că pentru articolul nr. 300-660-005 cu dimensiunile: diametrul – 5 mm și **lungimea – 330 mm**, nu corespunde cu lungimea totală solicitată de către autoritatea contractantă: „...**lungimea totală 450 mm**”. Astfel, cu privire la acest aspect, se aplică aprecierea Agenției dată supra, respectiv sunt admise și aceste pretenții ale contestatorului pe lotul prenotat.

Subsecvent, cu privire la pretențiile contestatorului în partea ce ține de lotul nr. 12, Agenția le apreciază a fi neîntemeiate, în măsura în care se constată că bunul propus de către „Medlux Group” SRL îndeplinește cerințele cu privire la dimensiunile exacte. În context, nu pot fi reținute argumentele contestatorului potrivit cărora bunul propus de către ofertantul desemnat câștigător „nu este cu vârful de tip ac”, din considerentul că o astfel de cerință expres nu a fost înaintată de către autoritatea contractantă.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 84 alin. (1) și art. 86 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (4) și alin. (9) din Legea nr. 131/15, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,

d e c i d e:

1. Se admite parțial contestația nr. 02/961/19 din 10.12.2019, depusă de către „Endo-Chirurgie” SRL, pe marginea rezultatului desfășurării procedurii de achiziție

publică nr. MD-1570456194096 din 07.11.2019, privind achiziționarea „instrumentariu chirurgical pentru an. 2019”, inițiată de către IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”;

2. Se anulează decizia nr. 50 din 04.12.2019 de atribuire a contractului în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1570456194096 din 07.11.2019, în partea ce ține de loturile nr. 3; nr. 4; nr. 5; nr. 6; nr. 7; nr. 9; nr. 10; nr. 11; nr. 15; nr. 16; nr. 17; nr. 18; nr. 19; nr. 21; și nr. 45, inclusiv toate actele subsecvente, aferente loturilor nominalizate;

3. Se obligă IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, ca măsură de remediere, în termen de până la 5 zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze ofertele „Medlux Group” SRL și „Labromed Laborator” SRL primite în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1570456194096 din 07.11.2019, în partea ce ține de loturile nr. 3; nr. 4; nr. 5; nr. 6; nr. 7; nr. 9; nr. 10; nr. 11; nr. 15; nr. 16; nr. 17; nr. 18; nr. 19; nr. 21 și nr. 45, cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei decizii;

4. Se obligă IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, în termen de 3 zile din data adoptării măsurilor de remediere dispuse prin prezenta decizie, să raporteze Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la realizarea acestora.

Decizia este obligatorie pentru părți. Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Președintele completului

Alexandru CIUȘ

Membru

Iacob PLĂMĂDEALĂ

Membru

Petru OPREA