



MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

DECIZIE

Nr. 03D-874-22 Data: 23.12.2022

privind soluționarea contestației formulate de către SC „NEOTEC” SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/1010/22 din data de 25.11.2022 pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1659684146195 din 15.09.2022

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr. 02/1010/22 din 25.11.2022, depusă de către SC „NEOTEC” SRL, adresa: mun., număr de identificare (IDNO): , e-mail: , pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică nr. MD-1659684146195 din 15.09.2022, privind „Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022”, inițiată de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, adresa: mun. Chișinău bd. Grigore Vieru 22/2, număr de identificare (IDNO): 1016601000212, tel.: 022222364, e-mail: office@capcs.gov.md.

În scopul examinării contestației, Agenția a organizat și desfășurat la data de 12.12.2022, ora 10:00, ședință deschisă la care au participat reprezentanții contestatorului, ai autorității contractante și ai operatorului economic desemnat câștigător.

Pretențiile contestatorului:

În calitatea sa de persoană interesată, în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1659684146195 din 15.09.2022, SC „NEOTEC” SRL formulează următoarele pretenții:

„La data de 23.11.2022, prin scrisoarea nr. Nr. Rg02-4871, Grupul de lucru pentru Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022 din cadrul CAPCS ne-a informat despre rezultatele evaluării ofertelor prezentate în licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 din 5.08.2022.

În baza prevederilor art. 69 (p.2, p.3 și p.5) din Legea nr. 131 din 03.06.2015, precum și al art. 26 (p.1 și p.3) solicitam:

Reevaluarea rezultatelor pentru următoarele loturi:

1. Lotul 25 Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 100-200L Cod 140700

1.1 Zgomot < 48 dB, s-a oferit 54 dB;

Răspuns: Conform broșurii producătorului, nivelul de zgomot la frigiderului INOPR 130 L este < 50 dB, nicidecum 54 (Anexam broșura cu specificația tehnica)

1.2 În temeiul art. 71 alin (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse oferte neconforme sau care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției (lotului), calculată conform prezentei legi

Bugetul alocat pentru lotul 25 constituie 78184 Lei. Neotec SRL a depus oferta cu suma 100560 Lei. Respectiv nu este depășire cu 30%

Lotul 29 Frigider pentru vaccini 95-130L Cod 140880

În temeiul art. 71 alin (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse oferte neconforme sau care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției (lotului), calculată conform prezentei legi

Bugetul alocat pentru lotul 29 constituie 36351 Lei. Neotec SRL a depus oferta cu suma 33345 Lei. Respectiv nu este depășire cu 30%

Lotul 48 Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod 150930

Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor și standardelor în vigoare, s-a oferit fără;

Răspuns: La centrifugă este prezent orificiu. Drept dovadă, anexăm poza produsului. De asemenea, produsul poate fi verificat fizic, acesta fiind în depozitul SC Neotec SRL.



Lotul 79 Ultrasonograf General, Cardiac, performanta înalta Cod 300100

Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat GAMA DINAMICA ≥ 260 dB, s-a oferit 250dB.

Răspuns: Gama dinamica a sistemului XCUBE 70 este de 320 dB. Despre această modificare a producătorului Alpinion, SC Neotec SRL am informat CAPCS prin scrisoarea oficiala Nr. 0012 din 16.09.2022.

Anexam broșura tehnica si copia scrisorii informative.”

Prin suplimentul său expediat la data de 29.11.2022 SC „Neotec” SRL, menționează următoarele pretenții:

„În fapt, la data de 25.11.2022 SC NEOTEC SRL a depus către ANSC contestația nr. 02/1010-22 prin care a contestat rezultatele procedurii de achiziționare centralizată a dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I bloc operator, reanimare, grup II laborator, grup III Imagistică, endoscopie și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022, în cadrul licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 din 05.08.2022, desfășurată de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Prin scrisoarea nr. 05/3060/22 din 28.11.2022 am fost informați despre necesitatea prezentării unei rectificări privind esența și temeiul contestației, cu indicarea drepturilor și intereselor legitime ale contestatorului, încălcate în cadrul procedurii de achiziție publică cu anexarea documentelor contestate.

În temeiul prevederilor art. 82, alin. (1) din legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 06.06.2015 cu modificările ulterioare, ne exprimăm dezacordul cu respingerea ofertei NEOTEC SRL, comunicată prin Decizia nr. Rg02-4871 din 23.11.2022 (anexată la contestația depusă), denumită în continuare “Decizie contestată” pentru următoarele loturi:

1. Lotul 25. Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 100-200L Cod 140700 (pag. 20 din Decizia contestată).

Oferta NEOTEC SRL a fost respinsă cu următoarea motivare: “S-a solicitat zgomot < 48 dB, s-a oferit 54 dB”. Conform broșurii cu specificația tehnică a utilajului (anexată la contestația depusă), nivelul de zgomot al frigiderului INOPR 130 L este mai mic de 50 dB, astfel, oferta depusă de NEOTEC SRL se încadrează în cerințele stabilite de autoritatea contractantă, fiind respinsă în mod neîntemeiat. Totodată, s-a dispus anularea acestui lot în temeiul art. 71 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 131/2015 din motivul depunerii ofertelor neconforme sau care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției (pag. 28 din Decizia contestată). Nu suntem de acord cu această decizie, deoarece bugetul alocat pentru lotul nr. 25 constituie 78 184 lei, iar oferta depusă de NEOTEC SRL a constituit 100 560 lei ceea ce constituie o depășire de doar 22,26% și nu peste 30% cum a stabilit în mod eronat autoritatea contractantă.

2. Lotul 29. Frigider pentru vaccini 95-130L, Cod 140880 (pag. 28 din Decizia contestată).

Oferta NEOTEC SRL a fost respinsă, iar lotul nominalizat a fost anulat în temeiul art. 71 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 131/2015 și anume - depășirea cu 30% a valorii estimate a achiziției. Nu suntem de acord cu această decizie, deoarece oferta NEOTEC SRL pentru acest lot a constituit 33 345 lei, în condițiile în care bugetul alocat a constituit 36 351 lei, ceea ce constituie cu 8,27% mai puțin decât bugetul alocat și nicidecum mai mult de 30% așa cum în mod eronat a stabilit autoritatea contractantă în Decizia contestată.

3. Lotul 48. Centrifugă de laborator (32 tuburi), Cod 150930 (pag. 23 din Decizia contestată)

Oferta NEOTEC SRL a fost respinsă în conformitate cu prevederile art. 69, alin. (6), lit. b) din Legea nr. 131/2015 deoarece nu ar corespunde cerințelor tehnice, și anume: "S-a solicitat fereastră, orificiu sau alt acces necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare, s-a oferit fără". Această ultimă constatare a autorității contractante nu corespunde adevărului, deoarece utilajul propus de NEOTEC SRL dispune de un astfel de orificiu, drept dovadă fiind anexată și poza acestuia (înserată în textul contestației inițiale). De asemenea, conformitatea utilajului poate fi verificată fizic la depozitul NEOTEC SRL.

4. Lotul. 79. Ultrasonograf General, cardiac, performanță înaltă, Cod 300100 (pag. 24 din Decizia contestată).

În privința lotului menționat oferta NEOTEC SRL a fost respinsă conform art. 69, alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/15, deoarece nu ar corespunde cerințelor tehnice și anume: "S-a solicitat GAMA DINAMICĂ ≥ 260 dB, s-a oferit 250 dB". Nici această constatare nu corespunde adevărului, deoarece gama dinamică a sistemului X Cube 70 este de 320 dB. Despre această modificare a producătorului Alpinion, NEOTEC SRL a informat CAPCS prin scrisoarea nr. 0012 din 16.09.2022, anexată la contestație împreună cu broșura tehnică a utilajului.

Conform art. 7 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, reglementarea relațiilor privind achizițiile publice se efectuează în baza principiului tratamentului egal, imparțialității, nediscriminării în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;

Conform art. 26 din Legea nr. 131/2015, fără a aduce atingere dispozițiilor legale sau administrative privind prețul anumitor bunuri ori remunerarea anumitor servicii, autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziții publice/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic în conformitate cu prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:

- a) prețul cel mai scăzut;*
- b) costul cel mai scăzut;*
- c) cel mai bun raport calitate-preț;*
- d) cel mai bun raport calitate-cost.*

Conform art. 69 din Legea nr. 131/2015, autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicând criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire. La etapa examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sânt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se exprimă cantitativ, în măsura în care este posibil, și se ia în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

Conform art. 82, alin. (1) din Legea nr. 131/2015, orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămât un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege.

Considerăm că autoritatea contractantă a încălcat prevederile legale expuse mai sus, nu a evaluat corect oferta operatorului economic NEOTEC SRL și a respins-o în mod neîntemeiat.

Luând în considerare cele expuse mai sus, în temeiul prevederilor Legii nr. 131/2015,

SOLICITĂM

1. Admiterea prezentei contestații.

2. Reevaluarea rezultatelor Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 din 05.08.2022 în privința loturilor contestate:

Lotul 25. Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 100-200L Cod 140700

Lotul 29. Frigider pentru vaccini 95-130L, Cod 140880

Lotul 48. Centrifugă de laborator (32 tuburi), Cod 150930

Lotul. 79. Ultrasonograf General, cardiac, performanță înaltă, Cod 300100.”

Ulterior, la data de 14.12.2022 SC „NEOTEC” SRL remite în adresa Agenției scrisoarea nr. 0021 din 14.12.2022 prin care comunică:

„Prin prezenta, SC Neotec SRL, pe marginea documentației de atribuire a procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 din 5.08.2022 privind „ Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022”, vă informează despre decizia noastră de a retrage contestația depusă pentru loturile 25, 29 și 48. În același timp, SC Neotec SRL își menține contestația și punctul de vedere privind lotul 79, conform legislației în vigoare.”

Argumentele autorității contractante:

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, prin punctul său de vedere expus în Scrisoarea cu nr. Rg 02-5069 din 12.12.2022, în susținerea deciziei sale, comunică următoarele:

„Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (în continuare CAPCS), în scopul examinării contestațiilor, pe marginea procedurii de achiziție publică privind „Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022”, prezintă punctul de vedere după cum urmează.

În vederea realizării misiunii sale, în conformitate cu pct. 9 subpct. 1) din Regulamentul de organizare și funcționare al CAPCS, aprobat prin HG nr. 1128 din 10.10.2016, CAPCS are ca funcție de bază: aplicarea prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice de medicamente, alte produse de uz medical, dispozitive medicale, transport specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și a sistemelor informaționale incluse în Registrul medical, servicii de tratare și eliminare a deșeurilor medicale pentru sistemul public de sănătate.

Potrivit atribuțiilor ce-i revin autorității contractante conform HG nr. 1128/2016, CAPCS a examinat ofertele prezentate în cadrul procedurii de achiziție, prin prisma documentelor prezentate în ofertă și cu respectarea criteriilor și cerințelor față de bunurile care urmează a fi achiziționate expuse în documentele licitației la rubricile criterii și cerințe de calificare, lista de bunuri și specificații tehnice, având în vedere prevederile nominalizate în art. 65 alin. (4) din legea nr. 131/2015 - la determinarea ofertei câștigătoare, autoritatea contractantă evaluează și compară ofertele primite folosind modul și criteriile expuse în documentația de atribuire, nu se va folosi niciun criteriu neprevăzut în documentația de atribuire.

Astfel la adoptarea decizie din 01.09.2022 s-a luat în considerare prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, potrivit căroră autoritatea contractantă are obligația de a stabili în documentația de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire, cât și dispozițiile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, conform căroră grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate.

De asemenea, luând în considerare prevederile normelor menționate, oportunitatea achiziționării de bunuri de o anumită calitate, specificații tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă în parte în funcție de necesitățile obiective ale acesteia.

Subsecvent, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 prevede că ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (6) lit. b) din legea prenotată și pct. 77 din

Documentația Standard, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Astfel, din aceste prevederi rezultă clar că autoritatea contractantă este obligată să evalueze oferta în strictă conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire și nu pot exista abateri în acest sens.

Totodată, se reține că pct. 78. din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115/2021 la caz documentația de atribuire, prevede că, dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor (specificățiilor tehnice și standardelor specificate) prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

Astfel, la soluționarea contestației, CAPCS va avea în vedere prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 conform cărora specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite, cât și dispozițiile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, conform cărora grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate.

Totodată, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 prevede că ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (2) din aceeași lege, la determinarea ofertei câștigătoare, autoritatea contractantă aplică criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire. Din aceste prevederi, în coroborare cu art. 37 alin. (1) din legea prenotată, rezultă clar că autoritatea contractantă este obligată să evalueze oferta în strictă conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire și nu pot exista abateri în acest sens. În acest context, CAPCS reține că documentația de atribuire, așa cum aceasta este întocmită de autoritatea contractantă, este obligatorie, atât pentru operatorii economici participanți la procedură, care au obligația de a elabora ofertele în conformitate cu prevederile acesteia, cât și pentru autoritatea contractantă, aceasta fiind ținută ca în desfășurarea procedurii de achiziție publică să respecte prevederile propriei documentații de atribuire, care stabilește regulile ce trebuie respectate de ambele părți în derularea procesului competitiv.

În acest context, CAPCS reține că nu au fost depuse clarificări, dezacord sau contestație pe marginea cerințelor tehnice, documentației de atribuire, așa cum aceasta este întocmită de autoritatea contractantă.

De asemenea, relevante sunt și prevederile pct. 30 subpct. 9) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, potrivit căruia, grupul de lucru este obligat să examineze, să evalueze și să compare ofertele operatorilor economici, în termenele și în condițiile stabilite în documentația de atribuire, în conformitate cu legislația.

În acest sens, este de menționat că ofertanții sunt obligați să indice în Formularul F4.1 „Specificatii tehnice”, modelul articolului, producătorul și țara de origine pentru a facilita evaluarea ofertelor de către autoritatea contractantă, în special prin identificarea bunului ofertat în documentele și înscrisurile anexate la ofertă, care să ofere posibilitatea să stabilească cu certitudine corespunderea bunului în raport cu cerințele prevăzute în documentația de atribuire, întrucât orice decizie a autorității contractante privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică a ofertei, sub toate aspectele acesteia.

Astfel, având în vedere cele constate supra, CAPCS apreciază că decizia grupului de lucru privind evaluarea ofertelor nu contravine prevederilor legale enunțate, în măsura în care oferta s-a conformat sau nu rigorilor stabilite în documentația de atribuire, în partea ce ține de „modalitatea de evaluare a ofertelor” care impunea, la caz, obligativitatea depunerii unei oferte conforme.

În această ordine de idei:

Punct de vedere „Neotec” SRL

Prin prezenta, în urma recepționării contestației 02/1021/22 din 25.11.2022 de la agentul economic „Echipamed-Plus” SRL la procedura „Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022”, vă informăm următoarele.

Lotul nr. 25 „Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 100-200L Cod 140700” conform caietului de sarcină la se solicită parametrul tehnic „Zgomot < 48 dB”.

Conform anexei tehnice atașate la contestare de agentul economic „Neotec” SRL, „156 INOPR-130L Pharmacy Refrigerator.semnat”, (Anexa nr.1), se aduce argumente că produsul are o performanță cu un zgomot „< 48 dB”, pag.3.

Refrigeration	
Compressor Quantity & Noise	1pc & < 50 dB
Cooling Method	Air cooling
Defrost Mode	Automatic
Refrigerant	R600a
Insulation Thickness(mm)	50

Conform anexei tehnice atașate la dosar de agentul economic „inopr-130l pharmacy refrigerator.semnat.pdf”, (Anexa nr.2) nu este indicat nici o performanță ce ține de zgomotul produsului oferit.

Refrigeration	
Compressor	1pc
Cooling Method	Air cooling
Defrost Mode	Automatic
Refrigerant	R600a
Insulation Thickness(mm)	50

Temeiul descalficării

Agentul economic „Neotec” SRL este plasat pe locul al treilea după preț. Al doilea agent economic după ofertă a oferit un produs identic ca și produsul oferit de „Neotec” SRL.

Menționăm că sunt doi producători diferiți, însă produsul din punct de vedere vizibil cât și toți parametrii tehnici din broșură sunt absolut identici.



YC-130L



- **Accurate Control System**
High accuracy temperature controller with high sensitivity sensors, keep the temperature within 2-8°C, display accuracy at 0.1°C.
- 🔒 **Refrigeration System**
With renowned brand compressor and condenser, better cool performance;
HCFC-FREE refrigerant ensure environmental protection & safety;
Air cooling, auto-defrost, temperature uniformity within 2°C.
- 👤 **Human-oriented**
Front opening lockable door with full height handle;
Perfect audible and visual alarms: high and low temperature alarm, sensor failure alarm, power failure alarm, door ajar alarm;
Cabinet made of high quality steel, inner side with HIPS material, durable and easy to clean;
Fitted with 2 casters + 2 leveling feet;
Standard with build-in USB datalogger, remote alarm contact and RS485 interface for monitor system.
Moveal of things.

Ce ține de motorul electric în parte, de asemenea parametrii tehnici sunt identici (Anexa nr.3).

Electrical	
Power Supply(V/Hz)	220-230~/50
Power(W)	150
Power Consumption (KWh/24h)	2.55
Rated Current(A)	0.98

Electrical	
Power Supply(V/Hz)	220-240~/50
Power(W)	150
Power Consumption(KWh/24h)	2.55
Rated Current(A)	0.98

A fost întocmită o scrisoare de clarificare către al doilea agent economic cu solicitarea prezentării performanței de zgomot. Ca urmare, a fost prezentat fișierul „YC-130L - CE.signed”, (Anexa nr.4). În acest fișier este indicată valoarea de 54 dB.

Performance	
Temperature Range	2~8°C
Ambient Temperature	16-32°C
Cooling Performance	5°C
Climate Class and noise	N,54dB
Controller	Microprocessor
Display	Digital display

Pentru agentul economic „Neotec” SRL în parte nu a fost întocmită scrisoare de clarificare.

Lotul nr. 29, „Frigider pentru vaccini 95-130L Cod 140880”, temeiul contestației - Bugetul alocat pentru lotul 29 constituie 36351 Lei. Neotec SRL a depus oferta cu suma 33345 Lei. Respectiv nu este depășire cu 30%.

Într-adevăr a avut loc o eroare tehnică și produsul oferit nu a fost descalificat din cauza depășirii de buget. Produsul a fost descalificat din motivul ne corespunderii tehnice. S-a solicitat „Configurație staționar, orizontal” a fost oferit un produs cu staționare verticală.

Lotul nr.48, „Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod 150930”, temeiul contestației - La centrifugă este prezent orificiu.

Conform anexei tehnice prezentate la dosar „27 multi-purpose benchtop centrifuges.semnat”, pag.1, (Anexa nr.5), produsul nu dispune de „Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare”, conform cerinței tehnice.

Digitally signed by Botnaru Andrei
Date: 2022.09.15 11:24:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Multi-Purpose Benchtop Centrifuges (Ideal for PRP, Urine or Blood tubes)



Features;

The FC5000 and T100 Series Desktop Centrifuges provide a reliable and fast operation thanks to the Brushless DC Motor and Micro Processor controlled system. The front panel's Soft-Touch keys and LCD display make it easy to control and monitor parameters such as RPM, RCF, Time and Cover status. The devices provide high quality service to the user by preventing the heating of samples due to the necessary heating balance protection equipments or air exchange channels, preventing contamination and similar distortions.

External design made of very robust hair and stainless steel materials provides reliable and comfortable operation with balance control and cover security systems.

Each of the models offers a wide range of rotor capacities.

The FC5000 Series is a series produced for a wide range of applications from Biochemistry to Microbiology. It is one of our ideal solutions for blood tube centrifugation especially in health centers and hospitals. The centrifuge device has 10 steps of acceleration and deceleration.



Technical Specifications;

MODEL	FC5000-1B	FC5000-4	T100-A/1	T100-A/2	T100-C
Max. Speed (RPM)	5000	5000	10000	16000	16000

De asemenea, vă atragem atenția că produsul indicat în poze drept argument că este conform cerințelor tehnice este diferit de produsul care a fost oferit conform anexei din dosarul ofertei. Fisierul „Centrifuga.semnat”, (Anexa nr.6).



Lotul nr. 79, „Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod 300100”, temeiul contestației - Gama dinamica a sistemului X CUBE 70 este de 320 dB. Despre această modificare a producătorului Alpinion, SC Neotec SRL am informat CAPCS prin scrisoarea oficiala Nr. 0012 din 16.09.2022.

La baza deciziei a stat formularul de oferta F4.1 în care este oferit un produs care v-a dispune de o performanță tehnică de 250dB.

Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod 300100	X CUBE 70	Korea	Alpinion	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă Cod 300100 APLICAȚII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI ≥5, cel puțin 4 active PROBE TIP, MHz Linear 4 - 13 MHz număr de elemente ≥192 Convex 1.5 -5,5 MHz " număr de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal)" Phased/Vector 1,5-5 MHz număr de elemente ≥80, Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) Tehnologie de conectare probe fara pini (pinless) NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICA ≥ 260dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm PREPROCESARE, canale digitale ≥ 6.000.000 POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da Mod Anatomic si Anatomic Curbat da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spatiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă Cod 300100 APLICAȚII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI - 5 active PROBE TIP, MHz Linear - Da, L3-15H 256 elemente Convex SC1-7H MHz număr de elemente - 192 X+ Crystal Signature Phased/Vector MP1-5X MHz, număr de elemente -80, Tehnologie X+ Crystal Signature Tehnologie de conectare probe fara pini (pinless) NIVELE DE GRI - 256 GAMA DINAMICA - 250 dB Adâncimea scanării - 40 cm PREPROCESARE, canale digitale - 7.645.867 POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da Mod Anatomic si Anatomic Curbat da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spatiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCȚIONALITĂȚI
---	-----------	-------	----------	---	---

Punct de vedere „Echipamed-Plus” SRL

Prin prezenta, în urma recepționării contestației 02/1021/22 din 25.11.2022 de la agentul economic „Echipamed-Plus” SRL la procedura „Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022”, vă informăm următoarele.

Conform caietului de sarcină la lotul nr. 36 „Analizator automat, cu chemoluminiscenta Cod 150300” se solicită „Teste anti CPP, Alergeni specifici IgE, Alergeni specifici IgG, Osteocalcina, Alergeni” agentul economic „Echipamed-Plus” SRL a oferit un produs care nu dispune de acești parametri tehnici.

Acesta și a fost motivul de descalificare a produsului oferit.

Punct de vedere „Eyecon Medical” SRL

Prin prezenta, în urma recepționării contestației 02/1021/22 din 25.11.2022 de la agentul economic „Echipamed-Plus” SRL la procedura „Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022”, vă informăm următoarele.

Lotul nr.1, „Mașina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120” și Lotul nr.2, „Mașina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130”, temeiul contestației – dispozitivul oferit dispune vaporizator Desfluran (DES).

Conform cerințelor caietului de sarcină se solicită mașina de anestezie să dispună de „Vaporizator / tip vaporizator acceptate / Izofluran, Sevofluran, Halothan, Enfluran, Desfluran”. Conform anexei tehnice primite în urma scrisorii de clarificare „Date

tehnice mașina de anestezie Apus X3”, pag. 30, (Anexa nr.7), mașina de anestezie de model „APUSX3 Axcentmedical, Germania”, dispune de următoarele vaporizatoare.


16.8 Anesthetic vaporizer specification

This anesthesia machine gas delivery device meets the requirements of ISO 8835-4.

Anesthetic vaporizer (refers to the user manual of vaporizer)	
Vaporizer type	Penlon Sigma Delta (Enflurane, Isoflurane, sevoflurane and halothane) or Dräger (Vapor 2000 for Enflurane, Vapor 2000 for Isoflurane, Vapor2000 for Sevoflurane, Vapor2000 for Halothane) (optional)
position	Single or dual (optional)
Installation	Selectatec® with interlock (Selectatec® is the trademark of Ohmeda)

Ca urmare, conform manualului mașinii de anestezie, vaporizatorul tip Desfluran nu se regăsește și nici nu este cu posibilitatea de opțiune. Conform argumentelor primite în contestație această performanță se regăsește la monitorul de pacient „CETUS x15”. Conform cerințelor caietului de sarcină este necesar ca mașina de anestezie să fie dotată cu vaporizatorul Desfluran.

A) Referitor la vaporizator Desfluran : Masina de anestezie APUS X3 dotata cu monitor de pacient CETUS x15 poate utiliza Vaporizator tip Desfluran (DES) produs de Producatorul Draeger. Acest lucru este demonstrat în documentația tehnică și broșurile oferite, prin prezenta protocoalelor de masurare, calculare, setare și afisare a acestui gaz anestezic atât la nivel de masina de anestezie cât și la nivel de monitor de pacient, inclusiv și în declaratia producatorului Axcent Medical care a fost prezentata la CAPCS (mai jos sunt atasate imagini).



Secventa din Brosura Cetus X15 in care se indica posibilitatea identificarii si afisarii gazului anestezic Desflurane (DES)

Vă atragem atenția la faptul că monitorul de pacient oferit „CETUS x15” este un dispozitiv separat de mașina de anestezie și acesta poate fi utilizat separat sau în ansamblu cu alte dispozitive. Ca urmare, monitorul de paciente „CETUS x15” are doar posibilitatea necesară de monitorizare a gazului anestezic „Desflurane” restul proces de manipulare rămâne asupra mașinii de anestezie. Însă conform manualului producătorului produsul „APUS X3” nu este prevăzută, planificată să utilizeze gazul anestezic „Desflurane”.



Dezacordul – Frînă centralizată pentru fixarea aparatului.

Conform cerințelor caietului de sarcină se solicită „Frînă centralizată pentru fixarea aparatului”. Produsul oferit dispune de frînă tip descentralizat, frînă separată pentru fiecare roată. Parametrul dat nu poate fi interpretat/înțeles altfel decât posibilitatea de a bloca roțile prin o metodă centralizată. Dacă consultăm un dex în privința formulării centralizat vom găsi o asemenea formulare „1. A uni, a concentra într-un singur tot elemente preexistente. 2. A face să depindă de o singură conducere.” Dar, că acesta poate fi „acționat de un singur buton sau pedală”, cum indică agentul economic contestatar, nu este atât de important.

Lotul nr.68, „Autoclav 200 l cu încărcare orizontală (caracteristici avansate) Cod 270220”

Conform formularului F4.1, agentul economic a oferit produsul „ADELA-2CKK /SUMER, Turcia”. În broșura atașată nu a fost regăsit descrierea tehnică a produsului oferit. Ca urmare, a fost întocmit o scrisoare de clarificare în care s-a solicitat „nu s-a regăsit manualul, broșura sau datasheet-ul produsului oferit. Rugăm respectuos să transmiteți toate materialele confirmative pentru posibilitatea de a evalua oferta”.

Drept răspuns a fost recepționat următorul mesaj „Vă aducem la cunoștință că toate documentele confirmative cu descrierea parametrilor tehnici se regăsesc pe platforma www.achizitii.md la Lotul 68 în secțiunea Documente depuse cu oferta ”68.lot.signet.pdf”, în acest PDF începând cu pagina 7 se regăsesc datele tehnice de la producător.”.

Conform broșurii din dosar se regăsește datele tehnice pentru produsul „Adela-OT”. Grupul de lucru este în imposibilitate de a evalua oferta pentru produsul „ADELA-2CKK /SUMER, Turcia”.

Lotul nr.112, „Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua Cod 260120”

Produsul oferit de câștigător dispune de parametrul tehnic „Aplicații / PSG (Polysomnography)”. Acesta se regăsește în „technicaldatanweeg34-58-80signed”, pag. 3.

NEUROWERK EEG Hardware Characterise:

Amplifire:

- EEG26+, 26EEG channels + 1x ECG, 1x EOG, 1x EMG, 1x RESP, ambient light.
- EEG40+, 40XEEG channels+ 1x ECG, 2x EOG, 3x EMG, 3x RESP, position sensor, snore sensor, ambient light
- EEG80+, 80EEG channels + 1x ECG, 1x EOG, 1x EMG, 1x RESP
- **Optional channels** for both amplifiers:
 - Auxiliary Channel Temperature
 - Auxiliary Channel SaO2 (Saturation, heart rate, pulse curve).
 - Auxiliary Channel etCO2 (EtCO2, Respiratory rate, respiratory curve)

Punct de vedere „Mediclim AM” SRL

Prin prezenta, în urma recepționării contestației 02/1021/22 din 25.11.2022 de la agentul economic „Echipamed-Plus” SRL la procedura „Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022”, vă informăm următoarele.

Lotul nr. 54, „Analizator imunologic cu fluorescența Cod 151400”

Toate datele tehnice au fost analizate conform broșurilor prezente în dosarul oferit cât și în urma scrisorii de clarificare.

Test Menu	Infectious Disease	Fertility	Tumor marker
Thyroid	HBsAg	Total β-HCG	CEA
FT3	Anti-HBc	FSH	AFP
FT4	Anti-HBc IgM	LH	CA125
T3	Anti-HBc IgG	Progesterin	CA15-3
T4	Anti-HBc IgA	E2	CA19-9
TSH	Anti-HBc	E3	FP5A
Anti-TG	Anti-HCV	TESTO	TPSA
Anti-TPO	Anti-TP (Sepsis)	PROG	HSE
Tg	HBsAg quantitative*	Free testosterone*	CYFRA 21-1
rT3	Anti-HBc IgM*	17-OH PROG*	CA72-4
TRAB*	Anti-HBc IgG*	SHBG*	PG I
Bone	Cardiac	AMH*	PG II
Metabolic	CK-MB	Diabetes	SCCA
SHACT PTH	Myoglobin	Insulin	HbA
Calcitonin	Troponin I	C-peptide	ProGRP
Vitamin D total	BNP		CA50
			CA242
Adrenal Function	Liver Function	TubCH	Anemia
DHEA-S	LN	Total IgG*	Ferritin
Cardiac	MA	Total IgM*	Vitamin B12
ACTH	ProBNP	Rubella IgG*	Folate
	Cr	Rubella IgM*	RBC Folate
Hypertension	Growth Hormone	CMV IgG*	Inflammation
Angiotensin II	IGF-1	CMV IgM*	PCT
Angiotensin II*	IGF-1*	HSA-1/2 IgG*	
Biom*		HSA-1/2 IgM*	
Acetaminon*		HSA-1 IgG*	
		HSA-1 IgM*	
CV Screening			
BNP-A*			
Free β-HCG*			

* in development

Punct de vedere „MedPunkt” SRL

Prin prezenta, în urma recepționării contestației 02/1021/22 din 25.11.2022 de la agentul economic „Echipamed-Plus” SRL la procedura „Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022”, vă informăm următoarele.

Lotul nr.10, „Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230”

Vă informăm că pe parcursul procedurii au avut loc modificări a parametrilor tehnici conform solicitărilor agenților economici pe platformă. Ca urmare, a fost ajustat cerința tehnică „Diametrul 24-34cm” în „Diametrul ajustabil min. 24-32cm”. Respectiv agentul economic câștigător corespunde cerințelor tehnice solicitate.

The screenshot displays the procurement process for Lot nr. 10, "Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230". The timeline shows five stages: 1. PERIODA DE ACTUALIZARE (05.08.2022 10:25 to 24.08.2022 17:30), 2. PROPUNEREA OFERTELOR (24.08.2022 17:30 to 15.09.2022 17:30), 3. LICITAȚIE, 4. EVALUARE, and 5. CONTRACT. The current stage is EVALUARE. The estimated value is 21,978,057 MDL. The clarification period is from 05.08.2022 10:25 to 24.08.2022 17:30. The offer submission period is from 24.08.2022 17:30 to 15.09.2022 17:30. A response was received on 19.08.2022 17:42, stating that the diameter requirement has been adjusted from 24-34 cm to 24-32 cm.

Generalizând, se reține că soluția pe marginea contestațiilor depuse este de a respinge pretențiile ce se întemeiază pe lipsa unor argumente/probe concludente și pertinente din partea contestatorilor, care ar demonstra cu certitudine un drept încălcat în cadrul prezentei proceduri de atribuire.”

Punctul de vedere al operatorului economic desemnat câștigător:

„HEALTH MEDICAL SOLUTIONS” SRL, prin punctul său de vedere, înregistrat la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 01/2526/22 din 30.11.2022, în susținerea poziției sale relatează următoarele:

„Prin prezenta, HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL, desemnat câștigător prin decizia CAPCS Nr. Rg02-4871 din 30.11.2022 la procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD - 1659684146195 privind „Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform

necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022”, Lot 79: Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod 300100, declară următoarele:

Considerăm contestația nr. 24/11-22 din 24.11.2022, depusă de către "NEOTEC" SRL, neîntemeiată și lipsită de sens din motiv că, oferta prezentată este una neconformă, deoarece:

1. Oferta nu corespunde cerințelor indicate în documentația descriptivă și anume în Anexa Nr. 22. Specificații tehnice, unde operatorul economic la parametrul Gama dinamică $\geq 260\text{dB}$, indică valoarea neconformă de 250 dB. Atenționăm că acest parametru este de primă importanță în specificația unui ultrasonograf, întrucât are impact direct asupra performanței acestuia.

2. Oferta nu corespunde cerințelor indicate în documentația de atribuire și anume conform punctului nr. 11 din cerințele de calificare obligatorii, unde este indicat expres că, operatorul economic se obligă să indice în documentele tehnice de la producător, toți parametrii tehnici solicitați pentru a demonstra corespunderea ofertei. Indicăm faptul că, „NEOTEC” SRL a depus la lotul în cauză, doar o broșură unde, nu pot fi identificați parametrii de performanță a dispozitivului, în special și a parametrului contestat.

3. Oferta încalcă vehement prevederile Art. 69 p.(4). Autoritatea contractantă, nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea. Astfel declarația întârziată a operatorului economic nr. 0012 din 16.09.2022, prin care indică o altă valoare mai performantă pentru parametrul contestat, o considerăm drept nulă.

Prin urmare, solicităm respingerea contestației depuse de către operatorul economic „NEOTECSRL, ca drept fiind una neîntemeiată, care are ca scop utilizarea acestui instrument menit să asigure dreptul la justiție, în scopuri rău intenționate (nu din motive obiective), ceea ce tergiversează implementarea contractelor de achiziție și creează probleme autorităților contractante”.

Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/15, orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.

Analizând pretențiile formulate de către contestator, Agenția atestă că SC „NEOTEC” SRL își exprimă dezacordul în raport cu decizia autorității contractante de a respinge oferta acestuia din motiv că nu ar corespunde cerințelor tehnice, în partea ce ține de lotul nr. 25, lotul nr. 29, lotul nr. 48 și lotul nr. 79.

Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția reține că Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a publicat în Buletinul achizițiilor publice pe portalul guvernamental de acces online: www.mtender.gov.md, la data de 05.08.2022, actualizat la data de 19.08.2022, anunțul de participare la procedura de achiziție publică

nr. MD-1659684146195 din 15.09.2022, privind „Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022”, împărțită în 142 de loturi.

La examinarea contestației, Agenția va avea în vedere prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, potrivit cărora specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. La fel, alin. (4) din articolul menționat stipulează că specificațiile tehnice ale obiectului achiziției trebuie să corespundă cerințelor autorității contractante privind calitatea, eficiența, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele și metodele de producere, precum și procedeele de determinare a conformității lui cu cerințele documentației de atribuire.

De asemenea, Agenția va reține atât dispozițiile pct. 27 sub-pct. 1), pct. 28 sub-pct. 1) și sub-pct. 5), pct. 29 sub-pct. 1) și sub-pct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, conform cărora grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate, cât și dispozițiile pct. 30 sub-pct. 9) din același Regulament potrivit căruia, grupul de lucru este obligat să examineze, să evalueze și să compare ofertele operatorilor economici în termenele și în condițiile stabilite în documentația de atribuire.

Astfel, în conformitate cu normele menționate supra, Agenția apreciază că oportunitatea achiziționării lucrărilor de o anumită calitate, precum și caracteristicile tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă în parte, în funcție de necesitățile obiective ale acesteia.

Totodată, se reține că, potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (6) lit. b) din aceeași lege, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

În acest sens, reieșind din prevederile art. 44 alin. (1), art. 37 alin. (1), precum și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015, supra citate, rezultă clar că autoritatea contractantă este obligată să evalueze oferta în strictă conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire și nu pot exista abateri în acest sens prin acceptarea unor condiții care o excedează.

Totodată, relevant speței sunt și dispozițiile pct. 48 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 potrivit căroră oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică – ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține – Specificații tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preturi, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține – Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE; 4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

Astfel, din aceste prevederi rezultă clar că autoritatea contractantă este obligată să evalueze oferta în strictă conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire și nu pot exista abateri în acest sens. Documentația de atribuire, așa cum aceasta este întocmită de autoritatea contractantă, este obligatorie, atât pentru operatorii economici participanți la procedură, care, potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, au obligația de a-și elabora ofertele în conformitate cu prevederile acesteia, cât și pentru autoritatea contractantă, aceasta fiind ținută ca în desfășurarea procedurii de achiziție publică să respecte prevederile propriei documentații de atribuire, care stabilește regulile ce trebuie respectate de ambele părți în derularea procesului competitiv, fără a putea accepta ulterior depunerii ofertelor, condiții care excedează regulilor inițial stabilite în cadrul documentației de atribuire. Astfel, prin depunerea ofertelor, operatorii economici și-au însușit conținutul întregii documentații de atribuire, deci implicit și cerințele expres detaliate în aceasta.

Cu referire la pretențiile contestatorului aferente respingerii ofertei sale pentru loturile nr. 25, nr. 29 și nr. 48, Agenția nu se va expune în contextul în care, prin Scrisoarea nr. 0021 din 14.12.2022, SC „NEOTEC” SRL comunică despre retragerea pretențiilor din contestație în partea ce ține de loturile prenotate.

În continuare, cu referire la motivul de respingere a ofertei SC „NEOTEC” SRL pentru lotul nr. 79 „Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod 300100”, pentru care contestatorul își menține pretențiile, Agenția reține că, potrivit Scrisorii de informare nr. Rg02-4871 din 23.11.2022 privind rezultatele procedurii de achiziție din speța litigioasă, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate indică „*Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:*

1. S-a solicitat GAMA DINAMICA $\geq 260dB$, s-a oferit 250dB.”

Astfel, analizând cerințele stabilite de către autoritatea contractantă la pct. 8 din anunțul de participare, pentru bunul solicitat la lotul nr. 79 – „Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod 300100”, se constată că în specificația tehnică deplină solicitată de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate este indicat, relevant speței, parametrul tehnic „GAMA DINAMICA $\geq 260dB$ ”. Odată indicați

parametrii tehnici în documentația de atribuire, se prezumă că aceștia reprezintă necesitatea obiectivă a autorității contractante și, respectiv, urmează a fi respectați. Mai mult, cerințele tehnice/descrierea bunului reprezintă acele condiții care pot influența decizia operatorului economic de a fi sau nu antrenat în procedura de achiziție publică, inclusiv alegerea modelului care ar urma să fie oferit, de care depinde și prețul ofertei, iar acceptarea, la etapa de atribuire, a altor parametri tehnici decât cei stabiliți inițial, este în contradicție cu principiul transparenței, precum și principiului imparțialității și a tratamentului egal în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici, prevăzute la art. 7 din Legea nr. 131/2015.

În această ordine de idei, examinând documentele ofertei SC „NEOTEC” SRL depuse prin intermediul SIA „RSAP”, Agenția constată că în Anexa nr. 22 „Specificații tehnice” operatorul economic pentru lotul nr. 79 „Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod 300100”, a indicat următoarea informație relevantă speței:

Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod	X CUBE 70	Korea	Alpinion	Tehnologie de conectare probe fara pini (pinless) NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICA ≥ 260dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm	(pinless) NIVELE DE GRI - 256 GAMA DINAMICA - 250 dB Adâncimea scanării - 40 cm	CE
---	--------------	-------	----------	---	--	----

Astfel, prin comparație, Agenția atestă o discrepanță între parametrii tehnici solicitați de către autoritatea contractantă și parametrii tehnici al bunului oferit de către operatorul economic contestator.

În acest sens, Agenția nu va reține afirmațiile în argumentarea pretenției sale, expuse în textul contestației, precum că „gama dinamică a sistemului X Cube 70 este de 320 dB. Despre această modificare a producătorului Alpinion, NEOTEC SRL a informat CAPCS prin scrisoarea nr. 0012 din 16.09.2022, anexată la contestație împreună cu broșura tehnică a utilajului.”, în contextul în care, actele menționate nu s-au depus odată cu oferta, iar prin depunerea ofertei operatorul economic și-a depus angajamentul livrării dispozitivului cu parametrul 250 db confirmat prin broșura/fișa tehnică a producătorului, care de asemenea, a fost anexată la ofertă.

Concluzionând, având în vedere cele evocate, prin prisma pretențiilor contestatorului, nu se identifică acțiuni ale grupului de lucru care ar contravine prevederilor legale și care ar putea duce la anularea deciziei grupului de lucru de atribuire a contractului, atât timp cât procesul de evaluare a ofertelor cu privire la aspectul supus examinării nu a fost viciat și nu s-au identificat aspecte ce pot încălca principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,

d e c i d e:

Se respinge ca fiind neîntemeiată contestația înregistrată cu nr. 02/1010/22 din 25.11.2022, depusă de către SC „NEOTEC” SRL, pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică nr. MD-1659684146195 din 15.09.2022, privind „Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc

Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022”, inițiată de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Președintele completului

Aliona OBOROCEANU

Membru

Angela NANI

Membru

Steluța VINTILĂ